

陕西省人民医院2018年第六包医疗设备采购项目论证会

专家论证意见表

| | | | |
|----------|---|------|------------|
| 采购代理机构名称 | 陕西华夏招标有限公司 | | |
| 采购人名称 | 陕西省人民医院 | | |
| 采购项目名称 | 陕西省人民医院2018年第六包医疗设备采购项目 | | |
| 采购项目编号 | SXHXZB2019-ZC-GK1030 | | |
| 采购方式 | 公开招标 | | |
| 专家论证意见: | <p>1. 修改个别参数, 防止指向性。</p> <p>2. 其他修改意见详见附件。</p> <p>修改后, 可满足公开招标要求。</p> | | |
| 论证专家单位 | 陕西省地方病防治研究所 | | |
| 论证专家签字 | 朱奇刚 | 论证时间 | 2019年3月28日 |


陕西省人民医院2018年第六包医疗设备采购项目论证会

专家论证意见表

| | | | |
|----------|--|------|------------|
| 采购代理机构名称 | 陕西华夏招标有限公司 | | |
| 采购人名称 | 陕西省人民医院 | | |
| 采购项目名称 | 陕西省人民医院2018年第六包医疗设备采购项目 | | |
| 采购项目编号 | SXHXZB2019-ZC-GK1030 | | |
| 采购方式 | 公开招标 | | |
| 专家论证意见: | <p>1. (十四)血流动力学监测仪 2. 和6(6)条中去掉ISO、CE、FDA认证。 7. 消耗材料供应 应补充完整具体要求</p> <p>2. 其他修改文字见文本。修改后符合附件要求</p> | | |
| 论证专家单位 | 省药监局 | | |
| 论证专家签字 | 毛省快 | 论证时间 | 2019年3月28日 |

陕西省人民医院2018年第六包医疗设备采购项目论证会

专家论证意见表

| | | | |
|----------|--|------|------------|
| 采购代理机构名称 | 陕西华夏招标有限公司 | | |
| 采购人名称 | 陕西省人民医院 | | |
| 采购项目名称 | 陕西省人民医院2018年第六包医疗设备采购项目 | | |
| 采购项目编号 | SXHXZB2019-ZC-GK1030 | | |
| 采购方式 | 公开招标 | | |
| 专家论证意见: | <p>经共同研讨、论证,本论证参数设置基本合理,部分参数关于 删除、数字论证等修改,以满足以上供应商要求,避免排他性 指向性,如:(十一)医用冰箱(一)医用冰箱1第4条:冰箱内有 效容积≥278L 改为:箱内有效容积≥270L;(五)网络核心 设备系统集中至网络系统机房配置(3)掌上电脑:品牌不限 修改详见修改附件。</p> | | |
| 论证专家单位 | <p style="text-align: center;">解放军第451医院</p> | | |
| 论证专家签字 |  | 论证时间 | 2019年3月28日 |